

Số: 794/CĐYTHN-QTTB
V/v Sửa chữa máy móc trang thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: QUÍ ĐƠN VỊ SỬA CHỮA MÁY MÓC THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Quyết định số 2148/QĐ-CĐYTHN ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm, xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng năm 2025 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 về việc chỉ định thầu.

Hiện nay Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đang có nhu cầu sửa chữa máy móc thiết bị y tế phục vụ học thực hành. Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá các đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, có năng lực về sửa chữa máy móc thiết bị y tế tham gia chào giá phục vụ như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

- Địa chỉ: 35 Đoàn thị Điểm, P. Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người tiếp nhận báo giá: **Bà Đỗ Thị An Châu**

- Phòng Quản trị thiết bị

- Điện thoại: 0934844555

- Email: Anchau82@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận qua Email: Anchau82@gmail.com

4. Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

- Địa chỉ: 35 Đoàn Thị Điểm, P. Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

- Nhận bằng hình thức chuyển phát nhanh theo địa chỉ: **Bà Đỗ Thị An Châu**

- Phòng Quản trị thiết bị

- Địa chỉ: 35 Đoàn Thị Điểm, P. Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

5. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 07 tháng 11 năm 2025 đến trước 10h ngày 10 tháng 11 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối đa 120 ngày, kể từ ngày chào giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Tên, số lượng, chi tiết giá sửa chữa cụ thể như sau: *(danh mục mua sắm kèm theo)*.

Các đơn vị cung cấp báo giá chi phí các gói thầu nêu trên phải rõ ràng, chính xác và chịu trách nhiệm về nội dung báo giá.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QTTB, TCKT.

HIỆU TRƯỞNG 



Phạm Văn Tân

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ SỬA CHỮA

(Kèm TM số: 794 /CĐYTHN-QTTB ngày 06 tháng 11 năm 2025)

STT	Tình trạng	Số lượng	ĐVT
1	Máy sinh hóa bán tự động Model: BTS350 Serial: 603992 Phòng TH 29	1	cái
	Tình trạng:		
	- Liệt một số phím điều khiển		
	- Hệ quang bị mốc, bơm nhu động hoạt động không chính xác dung tích bơm		
2	Bộ máy tính dùng cho máy đọc nhóm máu (Model: CC -2400 card centrifuge Matrix, seri FECC – 033/16-17 Phòng TH 29	1	Bộ
	Tình trạng:		
	Không lên nguồn		
3	Máy đọc nước tiểu Model: Clinic status Serial: 13B1X10041000022 Phòng TH 29	1	cái
	Tình trạng:		
	- đọc kết quả không chính xác, có lúc không hiện kết quả		
4	Cân xác định hàm ăm Model: MB90 Serial: B901028957 Phòng TH 31	1	cái
	Tình trạng:		
	- Khởi động lỗi, không hiện thông số		
5	Cân xác định hàm ăm Model: MB90 Serial: B852999509	1	cái

AN
TRƯỞNG
AO Đ
Y T
HÀ N
★

	Phòng TH 31		
	Tình trạng:		
	- Quá trình sấy ẩm không dừng được khi kết thúc chương trình		
6	Tủ hút khí độc Model: HL 70.120 Phòng TH 34	1	cái
	Tình trạng:		
	- Hỏng bộ chỉnh tốc độ quạt hút		
	- Hỏng công tắc đèn chiếu sáng		
	- Cửa kính bị nứt		
7	Thiết bị thử động trong thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt Model: ENTRIS2202I-IS, seri: S/N0042807088 Phòng TH 31	1	cái
	Tình trạng:		
	Cháy đèn		
8	Tủ sấy Memmert Model: UF110 plus Serial: E07086 Phòng TH 35	1	cái
	Tình trạng:		
	- Bị vỡ, hỏng bộ núm điều chỉnh thông số cài đặt		
9	Máy đo pH để bàn Hanna Model: 211 Serial: 302989	1	cái
	Tình trạng:		
	- Hỏng, gãy giá để điện cực, nhiệt kế sử dụng lâu năm bị vỡ		
10	Tủ cấy vi sinh cấp 2 Model: 1386 Serial: 300419857 Phòng TH 23	1	cái

IN 3 AN 10

	Tình trạng:		
	- Bộ điều khiển lỗi		
	- Không tắt được chuông cảnh báo		
11	Máy sốc tim hai pha có tạo nhịp Model: TEC-5531K	1	cái
	Tình trạng:		
	- Không vào điện		
12	Máy khí dung siêu âm Model: 2000KU-400 Serial: 190454601 Phòng CB.TH1	1	cái
	Tình trạng:		
	- Hỏng bộ tạo sóng siêu âm		
13	Máy dập viên 1 chày Phòng TH 34	1	Chiếc
	Tình trạng:		
	- Không nâng được chày dưới lên để dập viên		
14	Thiết bị kéo dẫn cột sống Phòng TH 12	1	Bộ
	Tình trạng:		
	- Không kéo được		
15	Máy đọc nước tiểu Model: Clinik Advantus Serial: 105915097	1	Chiếc
	Tình trạng:		
	- Hỏng màn hình hiển thị kèm bo mạch điều khiển phía sau		
	- Máy in nhiệt lỗi		
16	Cân phân tích hai số Model: Entris 2202I-1S Serial: 0042807088 Phòng TH 23	1	Chiếc
	Tình trạng:		
	- Màn hình hiển thị bị nứt vỡ, almf mất ký tự hiển thị		